

Opis przedmiotu zamówienia

I. Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania jest **świadczenie okresowych przeglądów technicznych i usuwanie bieżących awarii dwóch urządzeń do rentgenowskiej kontroli bagażu typu AutoClear 5333 i dwóch bramek detekcyjnych Garetta PD6500i zlokalizowanych w budynkach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz wykonanie pomiarów dozymetrycznych.**

II. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

Przegląd wraz z pomiarem dozymetrycznym urządzeń do rentgenowskiej kontroli bagażu typu AutoClear 5333 obejmuje w szczególności:

1. Test zewnętrznej dawki promieniowania;
2. Kontrolę czystości urządzenia;
3. Kontrolę elementów sterujących;
4. Kontrolę kabli zabezpieczających masę;
5. Kontrolę napięcia zasilania;
6. Kontrolę sterowania silnikiem;
7. Kontrolę poprawności działania taśmociągu;
8. Kontrolę wyłącznika bezpieczeństwa;
9. Test systemu oprogramowania;
10. Kontrolę generatora sterującego;
11. Kontrolę ustawienia monitora/programowanie;
12. Przeprowadzenie testów funkcjonalnych;
13. Raport diagnostyk;
14. Określenie warunków ochrony przed promieniowaniem jonizującym.

Przegląd techniczny dwóch bramek detekcyjnych Garetta PD6500i obejmujący w szczególności :

1. Kontrolę stanu czystości urządzenia;
2. Kontrolę sond detekcyjnych;
3. Kontrolę sygnalizacji świetlnej;
4. Kontrolę oprogramowania;
5. Kontrolę prawidłowości funkcjonowania wyświetlacza;
6. Sprawdzenie nastawy czułości detektorów;

III. Usługa będzie przeprowadzana cyklicznie poprzez świadczenie:

- a) okresowych przeglądów technicznych rentgenowskiej kontroli bagażu – dwa razy w roku,
- b) okresowych przeglądach technicznych urządzenia bramkowego detektora metali - dwa razy w roku,
- c) badania dozymetryczne środowiska pracy – 2 razy w roku,
- d) Sprawdzenia prawidłowości pracy urządzeń, z uwzględnieniem norm określonych w obecnie obowiązujących przepisach stosowanych do urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące. Przy każdym przeglądzie technicznym dokonanie pomiarów dozymetrycznych potwierdzone będzie protokołem pomiarów dozymetrycznych testu bezpieczeństwa w środowisku pracy.

- IV. Reakcji (przybycie serwisanta) na zgłoszenia awarii wynikłych z wadliwej pracy urządzeń w czasie zadeklarowanym przez Wykonawcę, nie dłuższym niż 8 godziny od chwili zgłoszenia pod warunkiem, że zgłoszenie nastąpiło w godzinach od 8 - 16 w dni robocze. Jeśli zgłoszenie nastąpiło później niż o godz. 16 lub w dzień wolny od pracy, wówczas reakcja na zgłoszenie usterki i przystąpienia do usunięcia awarii realizowana będzie w czasie do 8 godzin licząc od godziny 08:00 pierwszego dnia roboczego, z pominięciem dni wolnych od pracy.
- V. Zamawiający zakłada zawarcie umowy na ww. usługi na okres 36 miesięcy.
- VI. W przypadku wykonania czynności wykraczających poza zakres Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz wymiany urządzeń, bądź podzespołów Zamawiający zleci wykonanie tych czynności w ramach odrębnej procedury.