OA.272.13.2026

Częstochowa, 2026-10-16

Uczestnicy postępowania

„Dostawa sprzętu i urządzeń laboratoryjnych"

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
Dostawa sprzętu i urządzeń laboratoryjnych do PSSE w Częstochowie

Zamawiający informuje, że w terminie zgodnym z art. 135 ust. 1, 2 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Dotyczy:

części IV: sterylizator parowy przelotowy lewostronny,

części V: sterylizator parowy pionowy.

Pytanie 1: dotyczy postępowania

Prosimy Zamawiającego o informację jak wygląda droga transportowa do miejsca posadowień dwóch sterylizatorów.

Uzasadnienie: prosimy o podanie opisu drogi transportowej do miejsca posadowienia urządzenia: rozmiarów otworów drzwiowych: ich szerokości i wysokości oraz informacji czy droga transportowa jest płaska - czy nie występują przeszkody architektoniczne typu schody, windy. W przypadku schodów prosimy o podanie ich wymiarów: szerokości stopni, ich wysokości i ilości oraz wymiarów półpięter. W przypadku windy prosimy o podanie ew. wymiarów windy i jej nośności.

Informacja ta jest niezbędna do wyceny oferty oraz zaplanowania logistycznej obsługi kontraktu.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że pomieszczenia, w których przewidziano instalację sterylizatorów, znajdują się na II piętrze budynku.

Transport urządzeń na II piętro możliwy jest z wykorzystaniem dźwigu osobowego o następujących parametrach:
- szerokość otworu drzwiowego: 90 cm,
- wysokość otworu drzwiowego: 200 cm,
- głębokość kabiny: 139 cm,
- maksymalny udźwig: 630 kg.

Wymiary otworów drzwiowych prowadzących do pomieszczeń, w których zostaną zainstalowane urządzenia, wynoszą:
- szerokość: 90 cm,
- wysokość: 200 cm.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Częstochowie
ul. Jasnogórska 15A | 42-200 Częstochowa
+48 34 344 99 00
psse.czestochowa@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-18393-82680-AFBSW-10

Pytanie 2: dotyczy postępowania

Czy w miejscu posadowienia dwóch sterylizatorów są niezbędnie media, czy nie ma potrzeby wykonania dodatkowych prac budowlanych bądź przebudowy istniejących podłączeń? W przypadku potrzeby wykonania tych prac Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że jest to koszt po stronie Zamawiającego.

Informacja ta jest niezbędna do wyceny oferty oraz zaplanowania logistycznej obsługi kontraktu.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w miejscach przewidzianych do posadowienia dwóch sterylizatorów dostępne są następujące media:
- instalacja elektryczna,
- instalacja wodociągowa (woda z sieci wodociągowej),
- instalacja doprowadzająca wodę uzdatnioną,
- instalacja kanalizacyjna.

Wygląd mediów w miejscu przewidzianym do posadowienia sterylizatora parowego pionowego

instalacja elektryczna



instalacja wodociągowa (woda z sieci wodociągowej)

instalacja doprowadzająca wodę uzdatnioną



instalacja kanalizacyjna



Wygląd mediów w miejscu przewidzianym do posadowienia sterylizatora parowego przelotowego


instalacja elektryczna



instalacja wodociągowa (woda z sieci wodociągowej)



instalacja doprowadzająca wodę uzdatnioną



instalacja kanalizacyjna



W ramach realizacji zamówienia przewidziana jest wymiana istniejącej stacji uzdatniania wody na nową dostarczoną wraz ze sterylizatorem.



Na podstawie aktualnej oceny istniejącej infrastruktury Zamawiający nie przewiduje konieczności wykonania dodatkowych prac budowlanych.

Ponadto:

Zgodnie z zapisami OPZ Wykonawca zobowiązany jest do montażu, instalacji, uruchomienia i skonfigurowania dostarczonych urządzeń w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

Wszelkie czynności związane z podłączeniem urządzeń do istniejących instalacji, niezbędne do ich prawidłowego uruchomienia i eksploatacji, należy uwzględnić w cenie oferty.

Pytanie 3: dotyczy załącznika nr 3 do SWZ: Projekt umowy § 7 ustęp 4 o brzmieniu:

4. W odniesieniu do czasu reakcji serwisu w okresie gwarancji, czas reakcji w ciągu 48 godzin od zgłoszenia usterki. Dokonanie naprawy i usunięcie wady/awarii urządzenia winno nastąpić w terminie 30 dni od zgłoszenia usterki.

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów na:

4. W odniesieniu do czasu reakcji serwisu w okresie gwarancji, czas reakcji w ciągu 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia usterki rozumiany jako potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Dokonanie naprawy i usunięcie wady/awarii urządzenia winno nastąpić w terminie 30 dni od zgłoszenia usterki.

Uzasadnienie: żaden serwis potencjalnego Wykonawcy nie pracuje w weekendy. Ponadto należy doprecyzować pojęcie czasu reakcji serwisu jako potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zaproponowanych zmian w projekcie umowy.

Pytanie 4: dotyczy załącznika nr 3 do SWZ: Projekt umowy § 7 ustęp 5 o brzmieniu:

5. Jeżeli w okresie gwarancyjnym wystąpi awaria urządzenia (lub którejkolwiek jego części) niemożliwa do usunięcia lub urządzenie będzie ponownie niesprawne mimo wykonania uprzednio dwóch jego napraw Wykonawca jest zobowiązany do wymiany urządzenia na fabrycznie nowe o parametrach nie gorszych od dotychczasowego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu na:

Jeżeli w okresie gwarancyjnym wystąpi awaria urządzenia: (~~lub którejkolwiek~~ jego części / elementów / podzespołów niemożliwa do usunięcia lub urządzenie będzie ponownie niesprawne mimo wykonania uprzednio ~~dwóch~~ trzech ~~jego~~ napraw jego części / elementów / podzespołów Wykonawca jest zobowiązany do wymiany ~~urządzenia na fabrycznie nowe o parametrach nie gorszych od dotychczasowego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym~~ na nowe części / elementy / podzespoły.

Uzasadnienie: sterylizator parowy to urządzenie produkowane na zamówienie. Wykonawca nie posiada urządzenia zastępczego na stanie, każdy model urządzenia jest w wersji dedykowanej pod konkretne potrzeby Zamawiającego. Ponadto urządzenie to podlega rejestracji i ścisłej kontroli Urzędu Dozoru Technicznego. Eksploatowanie urządzenia bez odpowiedniego wniosku oraz rejestracji i decyzji wydanej przez inspektora UDT jest prawnie zabronione.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zaproponowanych zmian w projekcie umowy.

Pytanie 5: dot. załącznika nr 3 do SWZ: Projekt umowy § 7 ustęp 10 o brzmieniu:

10. Wszelkie koszty (w tym koszty elementów zużywalnych) związane z naprawami gwarancyjnymi, (serwisem gwarancyjnym, realizacją uprawnień z tytułu rękojmi) i wszelkimi przeglądami gwarancyjnymi, oględzinami, ekspertyzami, transportem oraz dojazdami ponosi Wykonawca.

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów na:

10. Wszelkie koszty (w tym koszty ~~elementów zużywalnych~~ materiałów eksploatacyjnych) związane z naprawami gwarancyjnymi, (serwisem gwarancyjnym, realizacją uprawnień z tytułu rękojmi) i wszelkimi przeglądami gwarancyjnymi, oględzinami, ekspertyzami, transportem oraz dojazdami ponosi Wykonawca.

Uzasadnienie: Zapis ten musi być prawidłowo zdefiniowany, ponieważ:

- materiały eksploatacyjne są to materiały typu uszczelki, smary etc – zużywalne w trakcie przeglądów i powinny być bezpłatne dla Zamawiającego w ramach kontraktu,

- materiały zużywalne typu: papier do drukarki kasety barwiące do drukarki, detergenty do myjni, środki do konserwacji powierzchni urządzeń sterylizujących – koszty tych materiałów nie wliczany jest w przeglądy i koszty te zawsze ponosi Zamawiający.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zaproponowanych zmian w projekcie umowy.

Pytanie 6: dotyczy załącznika nr 3 do SWZ: Projekt umowy § 8 ustęp 2 o brzmieniu:

5 Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

a. Za zwłokę w dostawie – w wysokości 0,5% wartości brutto zamówionego, a nie dostarczonego w terminie towaru, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia określonego w § 6 (lub 5, jeżeli nie ma paragrafu o produktach ICT) ust. 1.

b. Za zwłokę w wymianie wadliwego towaru – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto przysługującego za dostarczenie towaru za każdy dzień zwłoki liczony od dnia określonego w § 7 (lub 6, jeżeli nie ma paragrafu o produktach ICT) ust. 4.

c. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, przez co rozumie się także nie przystąpienie przez Wykonawcę do wykonania umowy – w wysokości 10,00% wartości brutto umowy, o której mowa w § 3 ust. 1.

d. Za odstąpienie od części umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, przez co rozumie się także nie przystąpienie przez Wykonawcę do wykonania części umowy lub jej niewykonanie w terminie 30 dni od upływu terminu określonego w § 6 (lub 5, jeżeli nie ma paragrafu o produktach ICT) ust. 1 – w wysokości 10,00% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

e. Maksymalna łączna wysokość kar umownych wynosi 20% wartości brutto niniejszej umowy.

Wnioskujemy o zmianę zapisów na:

2 Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

a. Za zwłokę w dostawie – w wysokości 0,1% wartości brutto zamówionego, a nie dostarczonego w terminie towaru, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia określonego w § 6 (lub 5, jeżeli nie ma paragrafu o produktach ICT) ust. 1.

~~b. Za zwłokę w wymianie wadliwego towaru – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto przysługującego za dostarczenie towaru za każdy dzień zwłoki liczony od dnia określonego w § 7 (lub 6, jeżeli nie ma paragrafu o produktach ICT) ust. 4.~~

c. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, przez co rozumie się także nie przystąpienie przez Wykonawcę do wykonania umowy – w wysokości 8,00% wartości brutto umowy, o której mowa w § 3 ust. 1.

d. Za odstąpienie od części umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, przez co rozumie się także nie przystąpienie przez Wykonawcę do wykonania części umowy lub jej niewykonanie w terminie 30 dni od upływu terminu określonego w § 6 (lub 5, jeżeli nie ma paragrafu o produktach ICT) ust. 1 – w wysokości 8,00% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

e. Maksymalna łączna wysokość kar umownych wynosi 15% wartości brutto niniejszej umowy.

Uzasadnienie:

prosimy o usunięcie punktu b): sterylizator parowy to urządzenie produkowane na zamówienie. Wykonawca nie posiada urządzenia zastępczego na stanie, każdy model urządzenia jest w wersji dedykowanej pod konkretne potrzeby Zamawiającego.

Kary: wysokość zaproponowanych kar znacznie przewyższa standardowe stawki stosowane w tego typu umowach.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych zmian w projekcie umowy.

Pytanie 7: dotyczy części V: załącznik nr 1d do SWZ: Sterylizator parowy przelotowy lewostronny wraz z akcesoriami dodatkowymi i usługą wzorcowania FORMULARZ OFERTY punkt 2 o brzmieniu:

1. Oferuję realizację zamówienia określonego w Załączniku Nr 2 (Opis Przedmiotu Zamówienia) –

Część IV, tj. ……., którym jest ……. (nazwa urządzenia, model,

producent, rok produkcji lub inne dane pozwalające na identyfikację oferowanego produktu):

Wartość netto: ……. zł.

(słownie): ……

podatek VAT: ……. zł.

Wartość brutto: ……. zł.

(słownie): ……

Prosimy o zmianę zapisów na:

2. Część IV, tj. ……., którym jest ……. (nazwa urządzenia, model,

producent, rok produkcji lub inne dane pozwalające na identyfikację oferowanego produktu):

Wartość netto: ……. zł.

(słownie): ……

podatek VAT stawka 8% : ……. zł.

podatek VAT stawka 23%: ……. zł.

Wartość brutto: ……. zł.

(słownie): ……

Uzasadnienie: sterylizator parowy przelotowy lewostronny jako urządzenia medyczne objęte są stawką podatku VAT 8 % natomiast akcesoria niestanowiące integralnej części urządzeń oraz usługi bezpośrednio związane z wykonaniem kontraktu opodatkowane są stawką 23%.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów w Formularzu Ofertowym.

Prosimy również o korektę zapisu w Formularzu Ofertowym w tabeli wymagania szczegółowe,

Wymagania minimalne Zamawiającego o brzmieniu:

- Sterylizator musi być laboratoryjnym sterylizatorem parowym z komorą sterylizacyjną poziomą, przelotową, prostopadłościenną o przekroju kwadratowym – lewostronnym,

- Sterylizator musi być ~~laboratoryjnym~~ sterylizatorem parowym z przeznaczeniem do pracy w laboratorium, z komorą sterylizacyjną poziomą, przelotową, prostopadłościenną o przekroju kwadratowym – lewostronnym

Uzasadnienie: sterylizator parowy przelotowy lewostronny jako urządzenia medyczne objęte są stawką podatku VAT 8 % natomiast akcesoria niestanowiące integralnej części urządzeń oraz usługi bezpośrednio związane z wykonaniem kontraktu opodatkowane są stawką.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną korektę zapisu w Formularzu Ofertowym w tabeli wymagania szczegółowe.

Anna Nita w zastępstwie za Justyna Pawelak
Zastępca Dyrektora Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Częstochowie
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a KP