ZP.272.136.3.2026 Janów Lubelski, dnia 27.10.2026 r.

Do:

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: Zapytania ofertowego pn. „ Zakup i dostawa sprzętu laboratoryjnego" nr ZP.272.136.2026 zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 1.10.2026 r.

Szanowni Państwo, działając w oparciu o art. 284 oraz 286 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019), Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Janowie Lubelskim w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 26.10.2026 r. przekazuje otrzymane pytania wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1.

Prosimy o określenie parametrów technicznych, które mają być oceniane. Prosimy o dokładne wskazanie kryteriów oceny ofert.

Odpowiedź na pytanie 1:

Do parametrów technicznych, które będą oceniane przy wyborze autoklawu, Zamawiający zalicza wymiary zewnętrzne - determinowane warunkami pomieszczeniowymi, pojemność oraz zakres temperatur.

Pytanie 2.

Zamawiający wymaga dostawy autoklawu do 30.11.2026 – prosimy o weryfikacje zapisu do 4 tygodni od dnia podpisania umowy i dopuszczenie do zaoferowania autoklawu o poniższej specyfikacji, który pozwoli na dostawę autoklawu w w/w terminie:

- W pełni automatyczny laboratoryjny autoklaw pionowy.
- Pojemność komory 133 L.
- Komora owalna. Wymiary komory Ø 500 × 680 mm (średnica x głębokość).
- Wymiary zewnętrzne autoklawu 750 x 1060 x 900 mm (szer. x wys. x gł.).
- Urządzenie wymagające podłączenia do wody zimnej zmiękczonej, wody demineralizowanej, sprężonego powietrza oraz kanalizacji.
- Komora autoklawu ze stali nierdzewnej 316 Ti, elektropolerowanej.
- Otwór załadowczy na wysokości 85 cm.
- Obudowa autoklawu umożliwiająca łatwe czyszczenie, ze stali nierdzewnej 304, drzwi wykonane ze stali nierdzewnej 316L.
- Sterowanie w pełni automatyczne mikroprocesorowe przy użyciu industrialnego PLC dostępnego w otwartej sieci sprzedaży, ochrona dostępu hasłem, niezależny monitoring ciśnienia i temperatury.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Janowie Lubelskim
ul. Wojska Polskiego 30 | 23-300 Janów Lubelski
+48 15 8725 400
adres e-mail: psse.janowlubelski@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-62126-28499-JBCAC-25
https://www.gov.pl/web/psse-janow-lubelski/ochrona-danych-osobowych

- Pokrywa autoklawu wyposażona uszczelkę pompowaną sprężonym powietrzem dla zapewnienia szczelności od początku procesu.
- Automatyczna blokada temperaturowa i ciśnieniowa oraz w trakcie procesu sterylizacji.
- Urządzenie wyposażone w blokadę ciśnieniową i termiczną uniemożliwiającą otwarcie sterylizatora gdy ciśnienie w komorze jest wyższe niż na zewnątrz.
- Wewnętrzna elastyczna sonda temperaturowa PT100 do pomiaru temperatury sterylizowanych materiałów zgodnie z PN-EN 61010-2-040:2015-10.
- Dzięki kontroli sondy elastycznej przez system sterowania drzwi są blokowane do momentu osiągnięcia przez płyn w naczyniu referencyjnym bezpiecznej temperatury (850C).
- Zakres temperatury sterylizacji 103-135°C.
- Możliwość ustawienia czasu sterylizacji od 1 do 500 min.
- Program do sterylizacji płynów, sterylizacji i suszenia szkła, program do rozgrzewania agaru oraz funkcja podtrzymania temperatury po procesie przez 60 min.
- Kontrola wartości Fo podczas procesu.
- Dotykowy, intuicyjny panel sterowania o przekątnej 7”
- Menu w języku polskim.
- System schładzania pary/ kondensatu do temperatury bezpiecznej dla kanalizacji <600C.
- Sygnalizacja alarmowa w przypadku nieprawidłowego przebiegu procesu. Alarm zbyt wysokiego ciśnienia w komorze, awarii zamykania i otwierania pokrywy, awarii czujnika ciśnienia.
- Detektor wody umieszczony pod komorą, zabezpieczenie przed zalaniem.
- Wbudowana niezależna wytwornica pary o mocy 9 kW gotowa do podawania pary (skrócenie czasu nagrzewania komory o 80%).
- Wbudowany system chłodzenia cieczy w nadciśnieniu wspomagany wentylatorem wraz z dodatkowym wymiennikiem ciepła i sprężonym powietrzem (zapewnia skrócenie czasu całego procesu sterylizacji płynów o 80%). Dodatkowo zabezpiecza sterylizowany płyn przed startami czy też pęknięciu szła sterylizowanych płynów zamkniętych.
- Wbudowana pompa próżniowa do skutecznego odpowietrzenia komory i suszenia wsadów porowatych (np. tipsów w pudełkach)

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego przez Wykonawcę zapisu: „*do 4 tygodni od dnia podpisania umowy”.*

Ze względu na ograniczone warunki pomieszczeniowe, nie dopuszcza się proponowanego urządzenia.

Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania odpowiedzi na pytania Wykonawców.

Powyższe wyjaśnienia i udzielone odpowiedzi są integralną częścią ogłoszenia i są wiążące dla Wykonawców i Zamawiającego. Termin składania ofert nie ulega zmianie.

Z wyrazami szacunku

Cezary Duma
Dyrektor Powiatowej Sanitarno-Epidemiologicznej w Janowie Lubelskim
/podpisano elektronicznie/