



**Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Gdańsku**

Gdańsk, 14.07.2025 r.

O/GD.D-2.2431.10.1.2025

**W Y K O N A W C Y
zainteresowani udziałem w postępowaniu**

Dot : postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego wyłączonego spod stosowania ustawy Pzp Nr sprawy O/GD.D-2.2431.10.2025 pn.: „Naprawa urządzenia o nazwie prasa hydrauliczna CONTROLS MCC8 o numerze fabrycznym 99123218 kanał 1”

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku działając jako Zamawiający w określonym postępowaniu informuje o wpłynięciu wniosku z zapytaniem dot. w/w zamówienia i udziela stosownych wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

„W ogłoszeniu, formularzu ofertowym i wzorze umowy jest błąd przy podaniu dokumentu odniesienia dla sprawdzenia nowej górnej płyty dociskowej z zakresu twardości, płaskości oraz chropowatości na zgodność z załącznikiem A normy PN-EN 12390-4:2020-03.

Wyżej wymienione parametry nie znajdują się w załączniku A normy, a w samej treści normy. Są to punkty 4.1.2-4.1.4.”

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że nowa górna płyta dociskowa w zakresie twardości, płaskości oraz chropowatości ma spełniać wymagania normy PN-EN 12390-4:2020-03 pkt. 4.1.2, 4.1.3 i 4.1.4 co ma być potwierdzone wykonaniem sprawdzeń.

Jednocześnie Zamawiający informuje o zmianie treści Ogłoszenia nr O/GD.D-2.2431.10.2025, Formularza Ofertowego oraz Istotnych dla Stron Postanowień Umowy zgodnie z poniższym wykazem:

Zmiany w treści Ogłoszenia nr O/GD.D-2.2431.10.2025

1. Istniejący zapis z „Inne dane” pkt 1e

„sprawdzenia nowej górnej płyty dociskowej z zakresu twardości, płaskości oraz chropowatości na zgodność z załącznikiem A normy PN-EN 12390-4:2020-03. Kontrola cech materiałowych górnej płyty na zgodność z wymaganiami załącznika A normy PN-EN 12390-4:2020-03 ma być potwierdzona świadectwami sprawdzeń w/w cech. Nie dopuszcza się montażu nowej górnej płyty dociskowej z materiałów, które nie spełniają wymagań załącznika A normy PN-EN 12390-4:2020-03”

zastępuje się następującym zapisem

„sprawdzenia nowej górnej płyty dociskowej z zakresu twardości, płaskości oraz chropowatości na zgodność z normą PN-EN 12390-4:2020-03 pkt. 4.1.2, 4.1.3 i 4.1.4. Kontrola cech materiałowych górnej płyty na zgodność z wymaganiami normy PN-EN 12390-4:2020-03 ma być potwierdzona świadectwami sprawdzeń w/w cech. Nie dopuszcza się montażu nowej górnej płyty dociskowej z materiałów, które nie spełniają wymagań normy PN-EN 12390-4:2020-03”

2. Istniejący zapis z „Inne dane” pkt 6b

„przedłożenie dokumentów z wykonanych sprawdzeń cech materiałowych górnej płyty dociskowej, które stanowić będą dowody, że nowa górna płyta dociskowa spełnia wymagania załącznika A normy PN-EN 12390-4:2020-03 w zakresie twardości, płaskości i chropowatości”

zastępuje się następującym zapisem

„przedłożenie dokumentów z wykonanych sprawdzeń cech materiałowych górnej płyty dociskowej, które stanowić będą dowody, że nowa górna płyta dociskowa spełnia wymagania normy PN-EN 12390-4:2020-03 pkt. 4.1.2, 4.1.3 i 4.1.4 w zakresie twardości, płaskości i chropowatości”

Zmiany w treści Formularza Ofertowego

1. Istniejący zapis

L.p.	Czynność	Cena netto [zł]	VAT [zł]	Cena brutto [zł]
1.	Cena demontażu zużytego przegubu i górnej płyty dociskowej			
2.	Cena nowego przegubu wraz z górną płytą dociskową			
3.	Montaż nowego przegubu i górnej płyty dociskowej			
4.	Sprawdzenie prawidłowego ustawienie nowego przegubu zgodnie z wymaganiami załącznika A normy PN-EN 12390-4:2020-03. Kontrola potwierdzona świadectwami wzorcowania wystawionymi przez jednostkę akredytowaną działającą na mocy Ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 roku o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku			

5.	Sprawdzenie nowej górnej płyty dociskowej z zakresu twardości, płaskości oraz chropowatości na zgodność z załącznikiem A normy PN-EN 12390-4:2020-03. Kontrola cech materiałowych górnej płyty na zgodność z wymaganiami załącznika A normy PN-EN 12390-4:2020-03 potwierdzona świadectwami sprawdzeń			
Łącznie				

zastępuje się następującym zapisem

L.p.	Czynność	Cena netto [zł]	VAT [zł]	Cena brutto [zł]
1.	Cena demontażu zużytego przegubu i górnej płyty dociskowej			
2.	Cena nowego przegubu wraz z górną płytą dociskową			
3.	Montaż nowego przegubu i górnej płyty dociskowej			
4.	Sprawdzenie prawidłowego ustawienie nowego przegubu zgodnie z wymaganiami załącznika A normy PN-EN 12390-4:2020-03. Kontrola potwierdzona świadectwami wzorcowania wystawionymi przez jednostkę akredytowaną działającą na mocy Ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 roku o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku			
5.	Sprawdzenie nowej górnej płyty dociskowej z zakresu twardości, płaskości oraz chropowatości na zgodność z normą PN-EN 12390-4:2020-03 pkt. 4.1.2, 4.1.3 i 4.1.4. Kontrola cech materiałowych górnej płyty na zgodność z wymaganiami normy PN-EN 12390-4:2020-03 potwierdzona świadectwami sprawdzeń			
Łącznie				

Zmiany w treści Istotnych dla Stron Postanowień Umowy

1. Istniejący zapis § 1 ust. 2e

„sprawdzenia nowej górnej płyty dociskowej z zakresu twardości, płaskości oraz chropowatości na zgodność z załącznikiem A normy PN-EN 12390-4:2020-03. Kontrola cech materiałowych górnej płyty na zgodność z wymaganiami załącznika A normy PN-EN 12390-4:2020-03 ma być potwierdzona świadectwami sprawdzeń w/w cech. Nie dopuszcza się montażu nowej górnej płyty dociskowej z materiałów, które nie spełniają wymagań załącznika A normy PN-EN 12390-4:2020-03”

zastępuje się następującym zapisem

„sprawdzenia nowej górnej płyty dociskowej z zakresu twardości, płaskości oraz chropowatości na zgodność z normą PN-EN 12390-4:2020-03 pkt. 4.1.2, 4.1.3 i 4.1.4. Kontrola cech materiałowych górnej płyty na zgodność z wymaganiami normy PN-EN 12390-4:2020-03 ma być potwierdzona świadectwami sprawdzeń w/w cech. Nie dopuszcza się montażu nowej górnej płyty dociskowej z materiałów, które nie spełniają wymagań normy PN-EN 12390-4:2020-03”

Karol Markowski

Dyrektor Oddziału GDDKiA w Gdańsku

(dokument podpisany elektronicznie)

Sprawę prowadzi:
Iwona Ogrodowska
tel. 58 511 25 16
e-mail: iogrodowska@gddkia.gov.pl

**Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Gdańsku**

ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk
tel. 58 51 12 400
faks 58 51 12 405

www.gddkia.gov.pl
e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl