

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wniesienie, uruchomienie oraz przekazanie do użytkowania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gostyninie jednej fabrycznie nowej „Szafy chłodniczej dla PSSE w Gostyninie” (dostawa szafy chłodniczej w ramach zakupów inwestycyjnych związanych z realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026).

Minimalne wymagania techniczne szafy chłodniczej

Parametry ogólne

- Chłodziarka farmaceutyczna/laboratoryjna.
- Urządzenie fabrycznie nowe.
- Rok produkcji: 2026.
- Przeznaczone do użytkowania na terenie Unii Europejskiej.

Parametry techniczne

- Pojemność użytkowa: minimum 450 litrów.
- Zakres temperatury pracy: minimum od +2°C do +8°C.
- Aktywny system stabilizacji temperatury.
- Dynamiczny obieg powietrza zapewniający równomierny rozkład temperatury.
- Cyfrowy wyświetlacz temperatury.
- Wewnętrzne oświetlenie LED.
- Zasilanie: 230 V / 50 Hz.
- Ekologiczny czynnik chłodniczy.

Wyposażenie

- Drzwi przeszkłone z możliwością zabezpieczenia dostępu.
- Wbudowany rejestrator temperatury.
- Możliwość archiwizacji i eksportu danych (USB lub rozwiązanie równoważne).
- Alarm wysokiej temperatury.
- Alarm niskiej temperatury.
- Alarm otwarcia drzwi.
- Alarm zaniku zasilania.
- Rejestrator temperatury powinien umożliwiać archiwizację danych przez minimum 30 dni oraz eksport danych do pliku elektronicznego.

Gwarancja

- Minimum 24 miesiące.
- Naprawa w miejscu użytkowania lub odbiór urządzenia na koszt Wykonawcy.

Minimalne wymagania dotyczące systemu zasilania awaryjnego UPS

System UPS powinien zapewniać:

1. Pełną współpracę z oferowaną chłodziarką.
2. Automatyczne przełączenie na zasilanie awaryjne w przypadku zaniku napięcia.
3. Ochronę sprężarki oraz elektroniki urządzenia.
4. Czysty sinusoidalny przebieg napięcia wyjściowego lub rozwiązanie równoważne.
5. Zabezpieczenie przeciążeniowe i zwarciove.
6. Czas podtrzymania pracy chłodziarki minimum 6 godzin.
7. Możliwość automatycznego ładowania akumulatorów,
8. Sygnalizację stanu pracy,
9. Zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem akumulatorów.

Zakres dostawy

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- dostawę urządzenia,

- transport,
- wniesienie do wskazanego pomieszczenia,
- ustawienie,
- uruchomienie,
- instruktaż użytkowników (jeżeli wymagany przez producenta),
- przekazanie kompletnej dokumentacji technicznej.

Wymagania formalne i dokumentacyjne

Przedmiot zamówienia:

- nie może być obciążony prawami osób trzecich,
- musi być fabrycznie nowy,
- musi być kompletny i sprawny technicznie,
- musi posiadać wszelkie wymagane deklaracje zgodności oraz dokumenty dopuszczające do użytkowania.

Wykonawca przekazuje Zamawiającemu:

- instrukcję obsługi w języku polskim,
- kartę gwarancyjną,
- dokumentację techniczną,
- kartę katalogową/specyfikację techniczną,
- fakturę zakupu.

Urządzenie musi posiadać oznakowanie CE oraz spełniać wymagania obowiązujących przepisów prawa Unii Europejskiej i Rzeczypospolitej Polskiej dotyczących bezpieczeństwa użytkowania.

Miejsce dostawy:

Siedziba Zamawiającego: **Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gostyninie**, ul. Bierzewicka 67, 09-500 Gostynin

Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie podpisanego przez obie strony protokołu odbioru, potwierdzającego zgodność dostarczonego urządzenia z wymaganiami Zamawiającego oraz jego prawidłowe uruchomienie.

Wawne