

Miłków, dnia 19.09.2025

Zn. spr.: SG.270.1.6.2025

**Uczestnicy postępowania
SG.270.1.6.2025**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „Dostawa artykułów laboratoryjnych”

Działając na podstawie art. 284 ust. 1, ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320, ze zm.) (dalej: ustawa), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej: SWZ):

Pytanie nr 1

Pakiet nr 1: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania końcówek równoważnych pakowanych w racki po 96 szt., w opakowaniu zbiorczym 10x96/960 sztuk oraz w związku z tym odstąpi od wymogu aby końcówki pasowały do pidełek Brand TipBox?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający nie odstępuje od wymogu kompatybilności z pudełkami Brand TipBox; (tipsy nie zapadają się ani nie blokują przy osadzaniu na trzonie pipety i wysuwaniu z opakowania).

Pytanie nr 2

Pakiet nr 6, pozycja nr 1: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania próbek pakowanych w op. jednostkowe (worek) po 500 sztuk oraz wycenę 4 takich opakowań?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający dopuszcza dostawy w opakowaniach innej wielkości przy zachowaniu sumarycznej ilości poszczególnych artykułów.

Pytanie nr 3

Pakiet nr 6, pozycja nr 2: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania próbek pakowanych w op. jednostkowe (worek) po 500 sztuk oraz wycenę 4 takich opakowań?

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający dopuszcza dostawy w opakowaniach innej wielkości przy zachowaniu sumarycznej ilości poszczególnych artykułów.

Pytanie nr 4

Pakiet nr 10: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Szalek pakowanych w rękawy po 25 sztuk, a w opakowaniach zbiorczych pakowane w sposób: 24x25/600 sztuk i wycenę 5 takich opakowań?

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający dopuszcza dostawy w opakowaniach innej wielkości przy zachowaniu sumarycznej ilości poszczególnych artykułów.

Pytanie nr 5

Pakietu nr 4, pozycja 2 Czy Zamawiający w pkt. 2 oczekuje dozownika z funkcją miareczkowania? Wskazany w zapytaniu model Multipette E3 nie posiada wskazanej funkcji.

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zamawiający opisując produkt opierał się na informacjach podanych na stronie producenta, wśród których została wymieniona funkcja miareczkowania: „Elektroniczny dozownik z wyporem bezpośrednim oferujący wiele funkcji, np. rozcieńczenia seryjne, **miareczkowanie**, automatyczne dozowanie do mikropipet i serii naczyń”, <https://www.eppendorf.com/pl-pl/Produkty/Liquid-Handling/Pipetowanie-manualne-dozowanie/MultipetteE3-MultipetteE3x-p-4987000010>. Zamawiający dopuszcza brak funkcji miareczkowania, jeżeli pozostałe parametry wskazanego produktu zostaną zachowane.

Z poważaniem

Marcin Beza

Zastępca Dyrektora

/podpisano elektronicznie/