PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY we WROCŁAWIU
POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA we WROCŁAWIU
ul. Kleczkowska 20, 50-227 Wrocław, e-mail: psse.wroclaw@sanepid.gov.pl
https://www.gov.pl/psse-wroclaw Centrala 713-295-843 Dyrektor 713-295-405 Fax 713-291-851
REGON: 931950650 NIP: 895-163-86-86

Numer sprawy: **ADM.272.7.2026.IW** Wrocław, dn. 23.10.2026 r.

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

dotyczy: odpowiedzi na pytanie do postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego na **„Zakup i dostawę sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej we Wrocławiu”**

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna we Wrocławiu przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE NR 1

Dotyczy : Punkt 1.21 oraz 2.19:

Czy zamawiający może potwierdzić iż stal 316L (1.4404) umożliwia utrzymania w leju ok. 30 ml roztworu kwasu na filtrze po przesączeniu próbki przez (5±0,5) min zgodnie z normą PN-EN ISO 11731:2017-08 ?

Instalacja: Czy zamawiający zrezygnuje z zapisu o instalacji i szkoleniu, zestaw dostarczony jest w formie zmontowanej a jego połączenie z pompa odbywa się za pomocą szybkozłączek.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 1:

Zamawiający nie potwierdza, iż stal 316L (1.4404) umożliwia utrzymania w leju ok. 30 ml roztworu kwasu na filtrze po przesączeniu próbki przez (5±0,5) min zgodnie z normą PN-EN ISO 11731:2017-08. Zamawiający natomiast potwierdza możliwość utrzymania w leju ze stali 316L (1.4404) ok. 30 ml roztworu kwasu na filtrze po przesączeniu próbki przez (5±0,5) min zgodnie z normą PN-EN ISO 11731:2017-08.

Zamawiający **nie wyraża zgody** na modyfikację opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego, poprzez wykreślenie zapisu o instalacji i szkoleniu.

Zamawiający informuje, że wszystkie odpowiedzi na zapytania oraz wszelkie informacje przekazywane Wykonawcom stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę uwzględniającą wszelkie zmiany i wyjaśnienia zawarte w Informacjach dla Wykonawców.

DYREKTOR
PSSE we Wrocławiu

Paweł Wróblewski
/podpis w oryginale/