Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Kaliszu

Kalisz, 16.10.2026 r.

OEA-ST.272.6.2026

Sprawę prowadzi: Filip Dulnik
+48 62 76 77 631; +48 796 767 001
filip.dulnik@sanepid.gov.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kaliszu zamierza nabyć sprzęt laboratoryjny, jako Zamawiający zwracamy się z prośbą o przygotowanie oferty cenowej na:

ZADANIE VII – dostawa stacji uzdatniania wody w laboratorium HYDROLAB R10

Specyfikacja techniczna:
- ruchomy punkt poboru wody ultraczystej;
- wymagania dotyczące wody oczyszczonej zgodnie z I klasą czystości wody wg. PN – EN ISO 3696: 1999 lub równoważne oraz spełniające wymogi normy PN- EN ISO 11133: 2014-07/A1:2018-04/A2:2020-10 lub równoważne;
- urządzenie zasilane wodą wodociągową.
- stopnie oczyszczania wody: prefiltr osadowy 5µm; zintegrowany moduł oczyszczania wstępnego (osadowowęglowo-zmiękczający); odwrócona osmoza; demineralizacja na mieszanym spektralnie czystym złożu jonowymiennym TOC;
- lampa UV 254 nm;
- kapsuła mikrofiltracyjna 0,45/0,2µm;
- min. wydajność systemu 10 l/h;
- przewodnictwo wody ultraczystej 0,055 µS/cm;
- automatyczna i bezobsługowa praca urządzenia;
- pompa recyrkulacyjna;
- pompa podnoszącą ciśnienie wody zasilającej z automatyką;
- kran zaopatrzony w kapsułę mikrofiltracyjną;
- zewnętrzny zbiornik ciśnieniowy o poj. minimum 10 l do magazynowania wody oczyszczonej;
- min. szybkość podawania wody oczyszczonej z kranu: 1 l/min;
- ruchome, regulowane ramię mocujące punkt poboru wody (kran) – regulacja ustawień w zakresie: góra/dół, przód/tył, prawo/lewo;
- wbudowany zbiornik recyrkulacyjny na wodę ultraczystą o poj. 2 l z filtrem oddechowym;
- automatyczne zatrzymanie pracy systemu przy pełnym zbiorniku;
- okresowa automatyczna recyrkulacja wody ultraczystej pomiędzy poborami wody;

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kaliszu
ul. Kościuszki 6 | 62-800 Kalisz
+48 62 76 77 610
sekretariat.psse.kalisz@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-56543-50262-JCVUB-20
BDO: 000099028

- automatyczne płukanie modułów membranowych;
- możliwość samodzielnego serwisowania (łatwy dostęp i wymiana materiałów eksploatacyjnych i membrany RO, bez konieczności wzywania serwisu);
- kran do pobierania wody III klasy czystości;
- zasilanie: 230V/50Hz;
- obudowa systemu z nierdzewnej stali kwasoodpornej;
- maksymalne ciśnienie robocze: 1 MPa;
- min. ciśnienie wody oczyszczonej na wyjściu: 2 bar;
- system przeznaczony do zasilania zimną wodą: 5-40°C;
- max. wymiary urządzenia (SxGxW) 230 x 480 x 560 mm

Wyposażenie dodatkowe:
- zapewnienie po 1 szt. modułów zapasowych niezbędnych do funkcjonowania urządzenia: moduł jonowymienny, kapsuła mikrofiltracyjna; moduł osadowo-węglowo-zmiękczający; prefiltr; lampa UV 254nm.

Wymagania dodatkowe:
- szkolenie personelu z obsługi urządzenia;
- dostawa, przystosowanie niezbędnych instalacji oraz montaż i uruchomienie urządzenia;
- podpisanie protokołu odbioru urządzenia po uprzednim potwierdzeniu sprawności;
- autoryzowany serwis w Polsce (wymagany dokument autoryzacji producenta);
- montaż urządzenia zastępczego w przypadku nie usunięcia awarii w terminie;
- instrukcja obsługi oraz menu w języku polskim;
- certyfikat CE;
- gwarancja min. 24 miesiące;

Wymagane przy odbiorze:
- pełna dokumentacja techniczna urządzenia w języku polskim (lub w języku producenta wraz z jej tłumaczeniem), w formie drukowanej, oprawiona w sposób zapobiegający zniszczeniu oraz na nośniku elektronicznym w formie *.pdf lub *.doc;
- karta gwarancyjna wystawiona w formie papierowej (obowiązująca nie wcześniej niż od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego;
- instrukcja urządzenia w języku polskim;

TERMIN REALIZACJI ZADANIA VII:
do dnia **7 grudnia 2026 r.**
dostawa do siedziby Zamawiającego tj.: 62-800 Kalisz, ul. Kościuszki 6
Sekcja Badania Wody (III piętro – bez windy)

WARUNKI PŁATNOŚCI
Płatność zostanie uregulowana przez Zamawiającego **przelewem w terminie 30 dni** kalendarzowych od daty otrzymania prawidłowo wystawionej i zgodnej z umową faktury VAT.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2024 r. poz. 361, z późn. zm.) dla celów zastosowania kryterium ceny, Zamawiający doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. Wykonawca, składając ofertę, ma obowiązek:

a) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;
b) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
c) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;
d) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

Do oferty należy dołączyć oświadczenie w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służące ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Zamawiający odrzuci oferty złożone przez oferentów, którzy w ciągu ostatnich 3 lat:
- nie wykonali u Zamawiającego zleconego zamówienia lub wykonali je nienależycie;
- złożyli u Zamawiającego ofertę, a następnie odmówili zawarcia umowy na jej podstawie;
- w stosunku do których Zamawiający zmuszony był do odstąpienia od umowy.

Osobami upoważnionymi do kontaktów i udzielania informacji dotyczących zapytania ofertowego są:
Paulina Górska, tel. 785 103 061, e-mail: paulina.gorska@sanepid.gov.pl;
Maria Wiśniewska, tel. 785 102 973, e-mail: maria.wisniewska@sanepid.gov.pl;
Filip Dulnik, tel. 796 767 001, e-mail: administracja.psse.kalisz@sanepid.gov.pl.

DO OFERTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ:
- karty katalogowe, foldery, prospekty – opis techniczny zaoferowanego sprzętu potwierdzający spełnienie wymagań Zamawiającego;
- oświadczenie w zakresie przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę oraz służące ochronie bezpieczeństwa narodowego.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
60 dni od dnia złożenia oferty

OCENA OFERT:

Kryterium wyboru oferty – cena 100%

SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:
Ofertę „OFERTA na dostawę sprzętu laboratoryjnego – OEA-ST.272.6.2026”
wraz z załącznikami należy złożyć na wypełnionym formularzu ofertowym, podpisanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy pod rygorem nieważności.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oferty należy złożyć do dnia **23 października 2026 r. do godz. 09:00**
za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: **sekretariat.psse.kalisz@sanepid.gov.pl**
lub na adres e-Doręczeń: **AE:PL-56543-50262-JCVUB-20** .

Zamawiający zastrzega, że w przypadku niewystarczających środków na realizację zamówienia i/lub zmianę zapotrzebowania Zamawiającego postępowanie może zostać umorzone lub zakończyć się brakiem wyboru oferty.

Z wyrazami szacunku

Anna Napierała
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu

/dokument podpisany elektronicznie/

Załączniki:
1. formularz oferty
2. wzór umowy
3. informacja RODO
4. oświadczenie PWAnU