



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach

Siedlce, 2026-09-25

SAT.272.29.2026

ZAPYTANIA DO TREŚCI SWZ – ODPOWIEDZI I WYJAŚNIENIA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
pn.: „Aparatura laboratoryjna do badań wody”

Numer sprawy: SAT. 272.29.2026

ID postępowania: ocids-148610-587bbf10-2efe-4ae6-a1bf-b2b5fe6f0601

Wyjaśnienia treści SWZ

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793 ze zm.), Zamawiający informuje, że w ustawowym terminie do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

Zamawiający, bez ujawniania źródła zapytania, przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy: część 2: Chromatograf jonowy do analizy anionów

Pytanie 1.

Dotyczy OPZ, część C, punkt 5. : Czy w tym punkcie nie nastąpiła omyłka pisarska i zamawiający nie miał na myśli pojemności kolumn 190µeq ? Kolumn do chromatografii jonowej nie charakteryzuje się pojemnością tłumienia z użyciem jednostki µeq/min. Wnosimy o zmianę zapisu z „Pojemność tłumienia: co najmniej 190 µeq/ min”. na: „Pojemność 190 µeq”

Odpowiedź:

Zamawiający **wyraża zgodę** na zaproponowany zapis z uwagi na zaistniałą omyłkę pisarską. Prawidłowy zapis dla części 2 postępowania w OPZ, część C, poz. 5 to: „Pojemność tłumienia: co najmniej 190µeq

Pytanie 2.

Dotyczy OPZ, część J, punkt 1.: Jako że przedmiotem zamówienia jest chromatograf dedykowany do analizy anionów, wnosimy o wykreślenie słowa kationów z wymagań dotyczących ustawienia aplikacji.

Odpowiedź:

Zamawiający **wyraża zgodę** na zaproponowaną formę zapisu i zgadza się na wykreślenie słowa „kationów”.



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 31 | 08-110 Siedlce
+48 25 644 20 40
sekretariat.psse.siedlce@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-14097-14217-UHTAE-30

Prawidłowy zapis OPZ dla części 2 postępowania, w części J, pozycja 1 brzmi:
„Urządzenie musi być dostarczone, rozładowane i wniesione w miejsce docelowego montażu, uruchomione, skonfigurowane i sprawdzone. Obejmuje ustawienie aplikacji oznaczania anionów.”

Przedstawione odpowiedzi i wyjaśnienia od momentu publikacji są wiążące dla opisu przedmiotu zamówienia prowadzonego postępowania. Zamawiający dopuszcza rozwiązania, na które wyraził zgodę i rezygnuje z tych z których odstąpił. Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Powyższe stanowisko Zamawiającego zostanie ogłoszone na stronie prowadzonego postępowania w dniu 25.09.2026 r.

Joanna
Like; PSSE
w
Siedlcach



Elektronicznie
podpisany przez
Joanna Like;
PSSE w Siedlcach
Data: 2026.09.25
14:37:28 +02'00'