



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jarosławiu

ul. Grunwaldzka 7, 37-500 Jarosław

tel. (016) 624-24-40, fax (016) 621-25-18

e-mail: sekretariat.psse.jaroslaw@sanepid.gov.pl



Jarosław, 24.06.2025

PSA.2601.5.1.2025

Odpowiedź na zapytanie dotyczące uszczegółowienia oferty na „Zakup i dostawę zmywarki laboratoryjnej wraz z wyposażeniem i podłączeniem.”

W dniu 23.06.2025 r. do Zamawiającego wpłynęło e-mailem zapytanie o treści: „Czy zamiast modułów dopuścicie Państwo wymienne kosze, dot. modułu na pipety, kolby (...)?”

W odpowiedzi Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jarosławiu informuje, że: Zmywarka laboratoryjna musi być wyposażona w takie moduły, kosze, wkłady, statywy, itp., które umożliwią mycie: pipet dł. do 36 cm (poj. od 1 ml do 10 ml), probówek dł. do 160 mm, kolb miarowych poj. od 50 ml do 1000 ml z wąską i szeroką szyjką, cylindrów miarowych poj. do 100 ml, cylindrów Nesslera typ niski poj. 100 ml, cylindrów Nesslera typ wysoki poj. 50 ml, butelek poj. od 100 ml do 1000 ml, zlewki poj. od 50 ml do 1000 ml.

Zmiana konfiguracji wyposażenia zmywarki do mycia danego asortymentu szkła musi odbywać się w sposób łatwy i szybki.

Podpisał
Dyrektor
mgr inż. Jadwiga Marycka-Legeny
(podpisano elektronicznie)