



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skierniewicach

SAT.272.7.2026.AC

Skierniewice, dnia 14 października 2026 r.

Pytania i odpowiedzi nr 1

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skierniewicach udziela odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania na dostawę ciepłarek laboratoryjnych.
nr postępowania SAT.272.7.2026.AC

1. Proszę o udzielenie odpowiedzi: Czy wymagana jest ciepłarka z chłodzeniem czy o zakresie temperatury od +5°C powyżej temperatury otoczenia?

Ad 1. W bieżącej pracy laboratoryjnej wymagana jest ciepłarka z chłodzeniem, temperatura +5°C powyżej temperatury otoczenia nie spełnia wymagań metodycznych.

Justyna Łukasik
Dyrektor Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skierniewicach
ul. Piłsudskiego 33 | 96-100 Skierniewice
+48 46 833 46 00
psse.skierniewice@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-77150-25674-VJCCV-15

Potwierdzam zgodność wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

Identyfikator dokumentu	67800.303132.263312
Nazwa dokumentu	Odpowiedź na pytanie nr 1 PSSE.pdf
Tytuł dokumentu	Odpowiedź na pytanie nr 1 PSSE
Sygnatura dokumentu	SAT.272.7.2026
Data dokumentu	14.10.2026 12:54:14
Skrót dokumentu	EB62053A322BD7E763057203F6A95D51A63974 B0
Wersja dokumentu	1.3
Data podpisu	14.10.2026
Sygnatariusz	Justyna Łukasik
Stanowisko	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.136.31.31.
Data wydruku:	14.10.2026 13:49:18
Autor wydruku:	Czarnecki Andrzej