

Załącznik nr 2

do postępowania nr ADM.272.2.10.2025

z dnia 1 grudnia 2025 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa:

Miernik laserowy do pomiaru mętności w wodzie z wyposażeniem w ilości **1 kpl.**

Wymagania minimalne:

- zakres pomiarowy min. 0,02 – 700 NTU lub szerszy,
- pomiar światłem laserowym dookólnym,
- rozdzielczość min. 0,01 NTU,
- zgodny z normą PN-EN ISO 7027-1:2016-09,
- zgodnie z Dyrektywą (UE) 2020/2184 (z dnia 16 grudnia 2020 r.) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, niepewność rozszerzona pomiaru nie powinna przekraczać 30% dla poziomu 1,0 NTU,
- pomiar mętności próbek powinien być wartością średnią z kilku następujących po sobie pomiarów z odrzuceniem wyników odstających,
- możliwość wykonania własnej kalibracji do 5 poziomów wartości pomiarowych,
- możliwość wykonania szybkiej kalibracji jednopunktowej,
- zestaw pierwszorzędowych wzorców kalibracyjnych polimerowych typu (min. 3 punkty) do wykonania kalibracji o ważności nie krótszej niż 10 miesięcy,
- zestaw kalibracyjny powinien zawierać wzorzec < 0,1 NTU,
- wzorzec 1 NTU stabilizowany w butelce, 500 ml
- wzorzec 10 NTU stabilizowany w butelce, 500 ml
- dwie dodatkowe kuwety pomiarowe
- zestaw min. kuwet pomiarowych.