



PT.2370.10.2025.1.PK
Gdynia, 7 maja 2025 r.

Zapytanie Ofertowe

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na dostawę nowego urządzenia do badania masek oraz aparatów OUO, zgodnych z poniższą specyfikacją:

1. Urządzenie powinno posiadać możliwość wykonania automatycznych badań statycznych i dynamicznych aparatów powietrznych, automatów oddechowych, masek jak i ubrań gazoszczelnych (Drager seria CPS) w zakresie niskiego, średniego jak i wysokiego ciśnienia.
2. Głowa testowa z funkcją doszczelnienia maski powinna umożliwić w pełni automatyczne wykonanie testu każdego rodzaju maski.
3. Komputer przenośny wraz z oprogramowaniem umożliwiającym zarządzanie bazą danych sprzętu ODO z funkcjami takimi jak nadzorowanie terminów przeglądów, zarządzanie magazynem części, współpraca z systemem kodów kreskowych.
4. Minimalne wymagania dla komputera przenośnego: Core i5 / LCD 15" / RAM 8GB / Dysk SSD 500 GB / Windows 11 Pro.
5. Sztuczne płuco sterowane elektryczno-pneumatycznie.
6. Wbudowany przepływomierz.
7. Wbudowany w urządzenie panel obsługi manualnej z wyświetlaczem OLED oraz klawiaturą foliową z graficznym odwzorowaniem funkcji.
8. Oprogramowanie w języku polskim z funkcją zarządzania bazą danych oraz nadzorem nad terminami przeglądów, oprogramowanie powinno umożliwić przeniesienie bazy danych dotyczącej posiadanego sprzętu ochrony dróg oddechowych z zachowaniem historii dokonywanych badań.
9. System umożliwiający szybką identyfikację sprzętu oddechowego poprzez kody kreskowe.
10. Czytnik kodów oraz 300 szt. wzmacnianych kodów kreskowych.
11. Zestaw podstawowych przyłączy oraz adapterów do obsługi serwisowej sprzętu MSA.
12. Szkolenie z obsługi sprzętu dla 3 zmian służbowych w różnych terminach wraz z wydaniem certyfikatów, szkolenie do realizacji po zakończeniu dostawy, w siedzibie zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zakończenia dostawy.
13. Gwarancja nie mniej niż 24 miesiące oraz nie mniej niż 2 kalibracje w okresie gwarancji.



Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni

14. Środki chemiczne dedykowane do konserwacji bieżącej urządzenia co najmniej na okres gwarancji.

Dostawa wraz z instalacją urządzenia bezpośrednio na terenie Komendy Miejskiej PSP w Gdyni ul. Władysława IV 12/14, 81-353 Gdynia.

15. Do urządzenia należy dołączyć instrukcję obsługi, kartę gwarancyjną, informację wskazującą zakres i czasookres przeglądów serwisowych oraz dokonywanych przez użytkownika. Całość dokumentacji napisana lub przetłumaczona na języku polski – oferta bez dołączonej dokumentacji podlegać będzie odrzuceniu.

Sposób przygotowania oferty:

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym

wg wzoru – załącznik nr 1 – zawierający oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu.

Oferta musi być podpisana przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do składania ofert lub osobę reprezentującą Podmiot.

Ofertę należy przesać do dnia **19.05.2025 r. do godziny 10:00** w następujących sposób: drogą elektroniczną na adres: pawel.kozlowski@straz.gda.pl – w tytule wiadomości należy wpisać „Oferta urządzenia do badania masek i sprzętu OUO_(skrótowa nazwa Wykonawcy)” – oferta i wszystkie załączniki zapisane w formacie .pdf. Formularz oferty musi być podpisany elektronicznie (dopuszczalną formą będzie przesłanie wypełnionych odręcznie lub maszynowo i zeskanowanych dokumentów pod warunkiem podpisania skanów elektronicznie).

Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę pod warunkiem, że:

- a) w przypadku zmiany oferty przekaże Zamawiającemu powiadomienie o zmianie oferty z dopiskiem „Zmiana oferty” przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca nie może zmienić oferty, po upływie terminu składania ofert;
- b) w przypadku wycofania oferty przekaże Zamawiającemu powiadomienie o wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Pismo w sprawie wycofania oferty powinno być oznaczone „Wycofanie oferty”. Wykonawca nie może wycofać oferty, po upływie terminu składania ofert.

Oferta złożona po terminie składania ofert zostanie odrzucona bez dokonania jej oceny.

Uwagi końcowe:

1. Koszt realizacji dostawy powinien zawierać całkowitą wartość realizacji zamówienia m. in. uwzględniać koszt transportu, montażu oraz pierwszego uruchomienia sprzętu, przeszkolenia użytkowników.



Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni

2. Oferta powinna zawierać kwoty netto, brutto oraz stawkę VAT – kryterium oceny ofert.
3. Termin realizacji dostawy nie później niż do 30.06.2025 r.
4. Termin składania ofert: do **19.05.2025 r. do godziny 10:00** – decyduje czas pojawienia się oferty w skrzynce odbiorczej Zamawiającego.
5. Termin związania ofertą: do dnia **18.06.2025 r.**
6. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium kosztu brutto przedstawionego w formularzu ofertowym za kompletne urządzenie.
7. W sytuacji gdy jako najkorzystniejsze, zostaną złożone oferty, których cena będzie jednakowa, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy je złożyli, do złożenia ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż oferowane.
8. Zamawiający przystąpi do negocjacji oferty w sytuacji go w odpowiedzi na zapytanie ofertowe złożona zostanie tylko jedna oferta.
9. Zamawiający zastrzega, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty lub nie udzieleniem zamówienia pomimo wyboru najkorzystniejszej oferty bez podania przyczyny lub w przypadku gdy, m. in. cena oferty najkorzystniejszej będzie wyższa od przewidywań Zamawiającego.
10. Zamawiający może dokonać zmiany zakresu zamówienia lub zmiany specyfikacji określonej w niniejszym zapytaniu na każdym etapie postępowania.
11. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji dostawy tylko z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w celu dostosowania jej do możliwości finansowych i wymagań Zamawiającego. Negocjacje dotyczyć mogą specyfikacji przedmiotu, zakresu dostawy, kosztu jednostkowego, terminu szkolenia, środków do konserwacji itp.
12. Wykonawcy mogą składać prośby o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego na adres
e-mail: pawel.kozlowski@straz.gda.pl, nie później niż do dnia **16.05.2025 r.**
13. Zamawiający udzieli odpowiedzi i wyjaśnień wszystkim podmiotom, do których wysłane zostało zapytanie ofertowe oraz do podmiotów, które zwróciły się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego lub pytaniami i są zainteresowani złożeniem oferty.

Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami, w tym m. in. do udzielania odpowiedzi i wyjaśnień do powyższego zapytania ofertowego jest – mł. asp. Paweł Kozłowski telefon kontaktowy: +48 889938790 e-mail: pawel.kozlowski@straz.gda.pl.

**Komendant Miejski PSP
w Gdyni
z up.
bryg. Łukasz Płusa
Zastępca Komendanta Miejskiego PSP**

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Załączniki:



Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni

1. Formularz ofertowy (2 str.).
2. Klauzula informacyjna RODO (1 str.).