

Świadectwo Wzorcowania Przymiaru Wstęgowego P0057-190320

PRZEDMIOT WZORCOWANIA	Przymiar wstęgowy	Typ 305034030BF BMI	Numer Seryjny 004734
JEDNOSTKA PRZEPROWADZAJĄCA BADANIE	Serwis i Laboratorium Pomiarowo - Kontrolne Sprzętu Geodezyjnego i Laserowego Geomatix sp. z o.o. ul. Zimowa 39 40-318 Katowice		
ZGŁASZAJĄCY	AMZ KUTNO Sp. z o.o. ul. Skłęczkowska 18 99-300 Kutno		
METODA WZORCOWANIA	Zgodna z instrukcją wewnętrzną „Wzorcowanie przymiarów wstęgowych” opracowaną na podstawie normy PN-ISO 8322-2		
WZORZEC	Taśma Pomiarowa RU15m POLMIAR o numerze seryjnym 6009		
WARUNKI OTOCZENIA PRZY WZORCOWANIU	Temperatura [°C] 21	Ciśnienie Atmosferyczne [hPa] 988	Wilgotność Względna [%] 42
WYNIK WZORCOWANIA	Podany na drugiej stronie świadectwa		
DATA WZORCOWANIA	19.03.2020		
DATA WYDANIA	19.03.2020		

GEOMATIX® Sp. z o.o.
Serwis i Laboratorium
Kontrolno-Pomiarowe
Sprzętu Geodezyjnego i Laserowego
40-318 Katowice, ul. Zimowa 39
Tel. +48 32 781 51 38, +48 32 445 72 14

Pieczęć i podpis

Firma GEOMATIX Sp. Z o.o. Wprowadziła i utrzymuje System Zarządzania Jakością PN-EN ISO9001:2015 w zakresie sprzedaży i serwis instrumentów geodezyjnych oraz narzędzi pomiarowych dla budownictwa. Nr rejestracyjny AC090 100/1140/2425/2015. Organizacja jest certyfikowana od 14.03.2006.

Świadectwo Wzorcowania traci ważność w przypadku uszkodzenia i naprawy przymiaru w zakresie mogącym wpływać na jego dokładność oraz w przypadku nieczytelności numeru seryjnego.

WYNIKI WZORCOWANIA

P0057-190320

Długość poszczególnych odcinków przymiaru wyznaczono w warunkach otoczenia przedstawionych na stronie pierwszej niniejszego dokumentu. Pomiary wykonano przy na płaszczyźnie poziomej i przy obciążeniu przymiaru masą 5 kg. Niepewność wyznaczenia poprawek wynosi 0,5mm.

ODCINEK [m]	POPRAWKA [mm]	ODCINEK [m]	POPRAWKA [mm]
0-1		0-26	
0-2		0-27	
0-3		0-28	
0-4		0-29	
0-5		0-30	0,29
0-6		0-31	
0-7		0-32	
0-8		0-33	
0-9		0-34	
0-10	0,11	0-35	
0-11		0-36	
0-12		0-37	
0-13		0-38	
0-14		0-39	
0-15		0-40	
0-16		0-41	
0-17		0-42	
0-18		0-43	
0-19		0-44	
0-20	0,34	0-45	
0-21		0-46	
0-22		0-47	
0-23		0-48	
0-24		0-49	
0-25		0-50	

GEOMATIX® Sp. z o.o.
Serwis i Laboratorium
Kontrolno-Pomiarowe
Sprzętu Geodezyjnego i Laserowego
40-318 Katowice, Zimowa 39
Tel. +48 32 787 51 99, +48 32 445 72 14

Pieczęć i podpis

Firma GEOMATIX Sp. Z o.o. Wprowadziła i utrzymuje System Zarządzania Jakością PN-EN ISO9001:2015 w zakresie sprzedaży i serwisu instrumentów geodezyjnych oraz narzędzi pomiarowych dla budownictwa. Nr rejestracyjny AC090 100/1140/2425/2015. Organizacja jest certyfikowana od 14.03.2006.

Świadcstwo Wzorcowania traci ważność w przypadku uszkodzenia i naprawy przymiaru w zakresie mogącym wpływać na jego dokładność oraz w przypadku nieczytelności numeru seryjnego.