



DYREKTOR
OKRĘGOWEGO URZĘDU MIAR W POZNANIU

Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu
Wydział Zamiejscowy, ul. Dekana 4, 64-100 Leszno.
tel. 65-526 82 01; fax 65-526 85 63; e-mail: oum.poznan.leszno@poczta.gum.gov.pl

ŚWIADECTWO WZORCOWANIA

Data wydania : 15 lutego 2022 r.

Nr świadectwa: WZ 3.42/25-8 / 2022

strona 1/2

OBIEKT WZORCOWANIA	Materialna miara długości : przymiar wstęgowy Producent BMI Numer identyfikacyjny 005-31 Zakres pomiarowy 990 mm do 30000 mm Działka elementarna 1 mm
ZGŁASZAJĄCY	Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Radomiu, ul. Bolesława Limanowskiego 29a, 26-610 Radom
MIEJSCE WZORCOWANIA	Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu Wydział Zamiejscowy, ul. Dekana 4, 64-100 Leszno.
METODA WZORCOWANIA	Metoda zgodna z Instrukcją wzorcowania przymiarów nr systemowy IW/43/S4/01-03 wydanie 1 z 1 czerwca 2017 r.
WARUNKI ŚRODOWISKOWE	Temperatura : $(20,1 \div 20,3) ^\circ\text{C}$ Wilgotność powietrza : $(47,9 \div 48,1) \%$
DATA WYKONANIA WZORCOWANIA	15 lutego 2022 r.
SPÓJNOŚĆ POMIAROWA	Wyniki wzorcowania zostały odniesione do wzorca odniesienia utrzymywanego w GUM poprzez zastosowanie przymiaru kontrolnego o numerze 37.
WYNIKI WZORCOWANIA	Podano na 2 stronie świadectwa wraz z wartościami niepewności pomiaru.
NIEPEWNOŚĆ POMIARU	Niepewność pomiaru została określona zgodnie z dokumentem EA-4/02 M:2013. Podane wartości niepewności stanowią niepewności rozszerzone przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok. 95% i współczynniku rozszerzenia $k=2$.



z up. Dyrektora
Naczelnik Wydziału Zamiejscowego
w Lesznie
Jarosław Jąder



Okręgowy
Urząd
Miar
w Poznaniu

ŚWIADECTWO WZORCOWANIA wydane przez Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu,
Wydział Zamiejskowy, ul. Dekana 4, 64-100 Leszno

Data wydania : 15 lutego 2022 r.

Nr świadectwa: WZ 3.42/25-8 / 2022

strona 2/2

**WYNIKI
WZORCOWANIA**

Wyniki wzorcowania dotyczą wyłącznie obiektu wzorcowania

W wyniku pomiarów stwierdzono, że błędy długości sprawdzanych odcinków podziałki, między osią kresy "0", a osiami kolejnych kresek ograniczających sprawdzane odcinki przymiaru wynoszą :

Odcinek podziałki	Błąd długości odcinka podziałki	Niepewność pomiaru
	zaczepony granią pomiarową	
mm		
1	2	3
0 ÷ 990	+0,25	0,27
0 ÷ 10000	+0,45	0,29
0 ÷ 15000	+0,50	0,30
0 ÷ 20000	+0,55	0,38
0 ÷ 25000	+0,65	0,43
0 ÷ 30000	+0,80	0,51

Naczelnik
Wydziału Zamiejskiego
w Lesznie
Jarosław Jąder

Autoryzował (a)