



DYREKTOR
OKRĘGOWEGO URZĘDU MIAR W POZNANIU

Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu
Wydział Zamiejscowy, ul.Dekana 4, 64-100 Leszno.
tel. 65-526 82 01; fax 65-526 85 63; e-mail:oum.poznan.leszno@poczta.gum.gov.pl

ŚWIADECTWO WZORCOWANIA

Data wydania : 19 marca 2024 r.

Nr świadectwa: OUM4.WZ3.473.46-2 . 2024

strona 1/2

OBIEKT WZORCOWANIA	Materialna miara długości : przymiar wstęgowy Producent Weiss Numer identyfikacyjny WITD-003-97/05 Zakres pomiarowy 0 mm do 30000 mm Działka elementarna 1/10 mm
ZGŁASZAJĄCY	WITD w Radomiu, 26-610 Radom ul. B. Limanowskiego 29 A
UŻYTKOWNIK	WITD w Radomiu, 26-610 Radom ul. B. Limanowskiego 29 A
MIEJSCE WZORCOWANIA	Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu Wydział Zamiejscowy, ul.Dekana 4, 64-100 Leszno.
METODA WZORCOWANIA	Metoda zgodna z Instrukcją wzorcowania przymiarów nr systemowy IW/43/S4/01-03 wydanie 1 z 1 czerwca 2017 r.
WARUNKI ŚRODOWISKOWE	Temperatura : $(20,0 \div 20,2) ^\circ\text{C}$ Wilgotność powietrza : $(48,9 \div 49,1) \%$
DATA WYKONANIA WZORCOWANIA	19 marca 2024 r.
SPÓJNOŚĆ POMIAROWA	Wyniki wzorcowania zostały odniesione do wzorca odniesienia utrzymywanego w GUM poprzez zastosowanie przymiaru kontrolnego o numerze 37 .
WYNIKI WZORCOWANIA	Podano na 2 stronie świadectwa wraz z wartościami niepewności pomiaru.
NIEPEWNOŚĆ POMIARU	Niepewność pomiaru została oceniona zgodnie z dokumentem EA-4/02 M:2022. Podane wartości niepewności stanowią niepewności rozszerzone przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok. 95% i współczynniku rozszerzenia $k=2$.



z up. Dyrektora
Specjalista
mgr Alina Stam



ŚWIADECTWO WZORCOWANIA wydane przez Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu,
Wydział Zamiejscowy, ul. Dekana 4, 64-100 Leszno

Data wydania : 19 marca 2024 r.

Nr świadectwa: OUM4.WZ3.473.46-2 . 2024

strona 2/2

**WYNIKI
WZORCOWANIA**

Wyniki wzorcowania dotyczą wyłącznie obiektu wzorcowania

W wyniku pomiarów stwierdzono, że błędy długości sprawdzanych odcinków podziałki, między osią kresy "0", a osiami kolejnych kresek ograniczających sprawdzane odcinki przymiaru wynoszą :

Odcinek podziałki	Błąd długości odcinka podziałki	Niepewność pomiaru	Błąd długości odcinka podziałki	Niepewność pomiaru
mm				
1	2	3	4	5
0 ÷ 5000	-0,15	0,27		
0 ÷ 10000	-0,60	0,38		
0 ÷ 15000	-0,90	0,30		
0 ÷ 20000	-1,05	0,38		
0 ÷ 25000	-1,40	0,45		
0 ÷ 30000	-1,70	0,51		

z up. Dyrektora
Naczelnik Wydziału Zamiejscowego
w Lesznie
Jerostaw Jader
Autoryzował (a)

