



DYREKTOR
OKRĘGOWEGO URZĘDU MIAR W GDAŃSKU

Zespół Laboratoriów Wzorcujących
Laboratorium Masy i Długości

ul. Polanki 124c, 80-308 Gdańsk

tel.: 58 524-51-10 fax: 58 524-51-16 w1@oum.gda.pl www.oum.gda.pl

ŚWIADECTWO WZORCOWANIA

Data wydania: 3 marca 2023 r.

Nr świadectwa: OUM6.6W1.473.1119.2023.8

Strona 1/2

OBIEKT WZORCOWANIA	Przymiar wstępowy; producent BMI; oznaczony numerem GITD/8/2023; długość nominalna 30 m; działka elementarna 1 mm
ZGŁASZAJĄCY	mierzmy.pl Marek Pudło ul. Polna 206A, 05-311 Dębe Wielkie
UŻYTKOWNIK	Główny Inspektorat Transportu Drogowego Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa
MIEJSCE WZORCOWANIA	W siedzibie Laboratorium Masy i Długości Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku.
METODA WZORCOWANIA	„Wzorcowanie przymiarów”, PP/6W1/S16/01, wydanie 9 z dnia 27 kwietnia 2022 r.
WARUNKI ŚRODOWISKOWE	Temperatura otoczenia: (22,15 ÷ 22,70) °C
DATA WYKONANIA WZORCOWANIA	2 marca 2023 r.
SPÓJNOŚĆ POMIAROWA	Niniejsze świadectwo jest wydane w ramach porozumienia EA MLA w zakresie wzorcowania i potwierdza spójność wyników pomiarów z jednostkami miar Międzynarodowego Układu Jednostek Miar (SI).
WYNIKI WZORCOWANIA	Wyniki wzorcowania dotyczą wyłącznie wzorcowanego obiektu i znajdują się na stronie 2/2 niniejszego świadectwa wraz z wartościami niepewności pomiaru.
NIEPEWNOŚĆ POMIARU	Niepewność pomiaru została określona zgodnie z dokumentem EA-4/02 M:2022. Podane wartości niepewności stanowią niepewności rozszerzone przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok. 95 % i współczynniku rozszerzenia $k = 2$.



AP 086



z up. Dyrektora
Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku

Elżbieta Korzeniewska
Inż. Elżbieta Korzeniewska
Kierownik
Laboratorium Masy i Długości



Okręgowy
Urząd
Miar
w Gdańsku

F1/P-11/10.02.2023

**WYNIKI
WZORCOWANIA**

Wyniki przeprowadzonego wzorcowania przedstawiono poniżej:

Odcinek pomiarowy	Zmierzona długość odcinka*	Odchyłka długości odcinka od długości nominalnej*	Niepewność pomiaru
mm			
0 ÷ 5000	5000,17	+0,17	0,16
0 ÷ 10000	9999,93	-0,07	0,21
0 ÷ 15000	14999,76	-0,24	0,27
0 ÷ 20000	19999,85	-0,15	0,34
0 ÷ 30000	29999,98	-0,02	0,40

* Wartość średnia

Autoryzował(a):

STARSZY INŻYNIER

Anna Ciech-Karcz

KONIEC ŚWIADECTWA WZORCOWANIA